

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá Gói mua sắm: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm phục vụ bệnh nhân điều trị Methadone

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ bệnh nhân điều trị Methadone của khoa Xét nghiệm_CDHA_TDCN năm 2026.

Để có cơ sở thực hiện đấu thầu mua sắm, kính mời Quý công ty có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau:

Stt	Tên hàng hoá	Tên thương mại	Hãng sản xuất, Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Hóa chất đo hoạt độ SGOT trong máu				Thuốc thử ALT / GPT này dựa trên các khuyến nghị của IFCC mà không có pyridoxal phosphat. R1: Tris Buffer (pH 7.8) ≥110 mmol/l L-Aspartate ≥340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2: CAPSO ≥20 mmol/l 2-Oxoglutarate ≥85 mmol/l NADH ≥1.05 mmol/lPhù hợp để sử dụng trên máy sinh hóa bán tự động BTS- 350.	ml	250		
2	Hóa chất đo hoạt độ SGPT trong máu				Thuốc thử ALT / GPT này dựa trên các khuyến nghị của IFCC mà không có pyridoxal phosphat. R1: Tris Buffer (pH 7.5) ≥ 137.5 mmol/l L-Alanine ≥ 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2 CAPSO ≥ 20 mmol/l 2-oxoglutarate ≥ 85 mmol/l NADH ≥ 1.05 mmol/l Phù hợp để sử dụng trên máy sinh hóa bán tự động BTS-350.	ml	250		
3	Hóa chất định lượng Ure trong máu				Phương pháp enzyme. R1: Tris Buffer ≥100 mmol/l α-Ketoglutarate ≥5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 kU/l	ml	250		

Stt	Tên hàng hoá	Tên thương mại	Hãng sản xuất, Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
					GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 kU/l R2: NADH ≥ 1.66 mmol/l R3: standard				
4	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học				Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7.7 đến 8.3 Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%; Tương thích với máy huyết học CELLTAC-@ Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 số MDSAP 680668, hiệu lực đến 05/04/2027; CE số V12 011765 0048 Rev. 00, hiệu lực đến 23/08/2027	lít	5		
5	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc				Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Sodium hypoclorit; Tương thích với máy huyết học CELLTAC-@ Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 số MDSAP 680668, hiệu lực đến 05/04/2027; CE số V12 011765 0048 Rev. 00, hiệu lực đến 23/08/2027	lít	5		
6	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học				Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7.35 đến 7.55; Thành phần: Sodium chloride 0.44%. Sodium sulphate anhydrous 0.97%; Tương thích với máy huyết học CELLTAC-@ Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 số MDSAP 680668, hiệu lực đến 05/04/2027; CE số V12 011765 0048 Rev. 00, hiệu lực đến 23/08/2027	lít	72		
7	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học				Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 4 đến 7 Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7%. Tương thích với máy huyết học CELLTAC-@ Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 số MDSAP 680668, hiệu lực đến 05/04/2027; CE số V12	ml	500		

Stt	Tên hàng hoá	Tên thương g mại	Hãng sản xuất, Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
					011765 0048 Rev. 00, hiệu lực đến 23/08/2027				
	Tổng cộng: 07 khoản								

Bảng chữ:đồng

Giá trên bao gồm các loại thuế và chi phí giao hàng tại Trung tâm.

Ghi chú:

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

- Nhà thầu có thể tham gia báo giá theo từng mặt hàng

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm phục vụ bệnh nhân điều trị Methadone” gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

(Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408) hoặc qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn

- Hạn chót nhận báo giá lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/03/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- KHNH (để đăng trên website CDC);
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn>
- XN-CDHA-TDCN, TC-KT (để tham gia xét chọn giá);
- Lưu: VT, DVYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thành Chung