

Số: /TB-TTKSBT

Đà Nẵng, ngày tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá Gói thầu: Bảo trì Hệ thống khí y tế phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Bảo trì Hệ thống khí y tế phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025.

Để có cơ sở thực hiện Gói thầu: Bảo trì Hệ thống khí y tế phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025. Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau:

STT	Tên thiết bị /dịch vụ	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
BẢO TRÌ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ CHO 02 ĐỢT BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ (03 THÁNG/LẦN)							
1	Hệ thống Bồn chứa oxy lỏng và bộ hoá hơi EFV C6 + VAP 140; HSX: Cryolor - Pháp	- Kiểm tra hoạt động bồn oxy lỏng; - Kiểm tra các độ kín các gioăng đệm; - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp; - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết; - Kiểm tra rò rỉ và xử lý van, điều áp, điểm kết nối...; - Kiểm tra hoạt động van an toàn; - Kiểm tra mức lỏng của bồn; - Kiểm tra bộ hoá hơi; - Kiểm tra bên ngoài đĩa nổ an toàn.	Hệ thống	01			
2	Hệ thống cung cấp oxy chai (2 x 10 chai) - Điều áp cao áp; - Bộ chuyển đổi tự động; - Valve xả; - Valve VSP; - Mạng ống dẫn	- Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động; - Kiểm tra các gioăng đệm; - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp; - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều	Hệ thống	01			

	khí. HSX: Air Liquide Medical System - (ALMS)-Pháp	chỉnh nếu cần thiết; - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn; - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn; - Kiểm tra rò rỉ và xử lý.					
3	Hệ thống cung cấp CO2 chai (2 x 4 chai); - Điều áp cao áp; - Bộ chuyển đổi tự động; - Valve xả; - Valve VSP; - Mạng ống dẫn khí. HSX: Air Liquide Medical System - (ALMS) – Pháp	- Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động; - Kiểm tra các gioăng đệm; - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp; - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết; - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn; - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn; - Kiểm tra rò rỉ và xử lý.	Hệ thống	01			
4	Hệ thống cung cấp nén Airmil's G MVX5 - Ba máy nén khí; - Bộ xử lý không khí SEC 7HC; - Bộ điều khiển trung tâm MIL; - 01 Bồn chứa 1000 lít; - Mạng ống dẫn khí. HSX: Mil's – Pháp	-Vệ sinh thiết bị, kiểm tra và xử lý rò rỉ; - Kiểm tra hoạt động của các van; - Kiểm tra hoạt động cường bức của bộ sấy; - Kiểm tra vệ sinh lọc khí; - Vệ sinh bộ tản nhiệt; - Kiểm tra độ căng dây cuaro; - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện; - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt; - Kiểm tra hệ thống xả nước; - Kiểm tra van giảm áp, van an toàn;	Hệ thống	01			

		- Kiểm tra dòng điện tải, nhiệt độ của máy nén.					
5	Hệ thống cung cấp hút Hospivac G E40.R - Ba máy bơm hút; - Bộ lọc khuẩn FD130DP; - Bộ điều khiển trung tâm MIL; - Bình chứa 1000 lít; - Mạng ống dẫn khí. HSX: Mil's – Pháp	- Kiểm tra lọc vi sinh, thay thế lõi lọc khi cần; - Kiểm tra hoạt động của các van cô lập, van một chiều, van điện; - Vệ sinh bộ tản nhiệt; - Kiểm tra mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt; - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện; - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt; - Kiểm tra khớp nối; - Kiểm tra dòng điện tải máy hút; - Kiểm tra seal đệm trục roto; - Kiểm tra rò rỉ và xử lý.	Hệ thống	01			
6	Hệ thống báo động Báo động trung tâm - 01 VIGI 3077; - 01 VIGI 3055; - 01 VIGI 3033; - 01 hộp van 5 loại khí; - 01 hộp van 3 loại khí. HSX: ALMS-Pháp	- Kiểm tra hoạt động của thiết bị có tốt không, tất cả đèn phải hiển thị và âm thanh báo động phải làm việc; - Kiểm tra áp suất hiển thị mỗi kênh báo với đồng hồ kết nối với thiết bị; - Kiểm tra ngưỡng cài đặt báo động cho từng kênh cảnh báo; - Ngắt kết nối đầu dò kiểm tra trên màn hình có hiển thị; - Ngắt kết nối đầu dò kiểm tra trên màn hình có hiển thị; - Tạo ngắn mạch điểm nối đầu dò kiểm tra màn hình hiển thị; - Thay đổi áp suất và kiểm tra các kênh báo.	Hệ thống	01			

7	Ngõ ra bao gồm: - Ngõ ra oxy: 47 - Ngõ ra hút: 47 - Ngõ ra nén 4 bar: 24 - Ngõ ra nén 7 bar: 01 - Ngõ ra CO2: 01 - Ngõ ra Agss: 01 HSX: ALMS-Pháp	-Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần; - Kiểm tra áp suất và lưu lượng; - Kiểm tra rò rỉ và xử lý.	Hệ thống	01			
8	Thiết bị ngoại vi - 40 Lưu lượng kế và bình tạo ẩm; - 40 Điều áp cố định và phụ kiện; - 01 Điều áp hút di động; - 20 Đầu nối khí nén; - 20 Đầu nối oxy; - 01 đầu nối air 7; - 01 đầu nối CO2; - 01 đầu nối Agss + dây nối. HSX: Technologie - Medicle-Pháp	Kiểm tra các hoạt động thiết bị	Hệ thống	01			
9	Thiết bị đầu cuối Hộp đầu giường Fluidys T HSX: TLV-Pháp	Kiểm tra các hoạt động thiết bị	Hệ thống	01			
Tổng cộng:			09 khoản				

Bảng chữ:đồng

Giá trên bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

Ghi chú:

- Quý Công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày báo giá). Đơn giá hàng hóa, dịch vụ bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

- **Thực hiện dịch vụ bảo trì 02 đợt/1 năm (03 tháng/1 lần) kể từ ngày ký hợp đồng.**

- **Cam kết sau khi bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.**

- Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu.

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá Gói thầu: Bảo trì Hệ thống khí y tế phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025” gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

(Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408 hoặc qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn).

- **Hạn chót nhận báo giá: 15 giờ 00 ngày 30/7/2025.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- KHNH (để đăng trên Website CDC);
- TCKT; PKĐK; XN-CDHA-TDCN (tham gia mở báo giá);
- Lưu: VT, DVTTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Vĩnh