

Số: /TB-TTKSBT

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng năm 2026

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Để có cơ sở thực hiện gói thầu, Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau:

STT	Tên hàng hoá/ Thiết bị	Nội dung thực hiện/ Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống Real - Time PCR nguyên khối (5 màu) Model: ARIAMX, Hãng SX: AGILENT Mỹ	- Vệ sinh thiết bị: Lau sạch bề mặt ngoài, loại bỏ bụi – ẩm; vệ sinh các bộ phận quang học bằng cồn isopropyl hoặc acetone theo khuyến cáo. - Kiểm tra ngoại quan: Quan sát tình trạng máy, phát hiện nứt vỡ, lỏng ốc vít, ăn mòn, gỉ sét hoặc hỏng hóc cơ học. - Hệ thống cơ – điện: Kiểm tra motor, bơm, dây curoa, quạt tản nhiệt; vệ sinh và thay thế khi cần. - Hệ thống làm	Hệ thống	01			Bảo trì, bảo dưỡng

		mát: Vệ sinh lưới hút gió, quạt tản nhiệt, đảm bảo khả năng thoát nhiệt tốt. - Nguồn điện: Đảm bảo điện áp ổn định, kiểm tra dây dẫn, phích cắm, aptomat và hệ thống nối đất an toàn. - Hiệu suất hoạt động: Kiểm tra khả năng vận hành, độ lặp lại và độ chính xác của thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật. - Hiệu chuẩn: Dùng mẫu chuẩn hoặc thiết bị chuẩn để xác nhận độ chính xác; thực hiện định kỳ theo quy định. - Bôi trơn và bảo dưỡng cơ học: Bôi trơn ổ trục, thay dầu, thay gioăng, thay dây theo chu kỳ. - Hệ thống cảnh báo: Kiểm tra và chạy thử các cảnh báo (báo lỗi, báo nhiệt, báo áp), đảm bảo hoạt động nhạy và đúng. - Phần mềm/firmware:					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới, sao lưu dữ liệu cấu hình trước khi nâng cấp. Ghi chép nhật ký bảo trì: Lưu lại đầy đủ nội dung kiểm tra, kết quả, thời gian thực hiện và người phụ trách để theo dõi lâu dài.					
2	Máy đếm Tế bào T-CD4 (CyFlow Counter/ PARTEC)	Bảo dưỡng định kỳ máy đếm tế bào T-CD4 theo tiêu chuẩn của hãng Partec-Sýsmex: - Thay thế đường ống sheath/waste/cuwette,... - Thay thế inline filter, goăng công hút mẫu. - Vệ sinh toàn bộ máy, hệ thống quang, cuvette,... - Cân chỉnh các hệ thống quang học, các thông số chạy máy,.. - Chạy chuẩn Calibration beads, Countcheck beads CD4: Đạt kết quả - Máy hoạt động bình thường. - Kèm các linh kiện: inline filter, goăng công hút mẫu để thế hàng tháng hay 3 tháng theo quy định của hãng.	Cái	01			Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện

3	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GC/MS (Model: Trace GC, Hãng: Thermo)	Dịch vụ bảo dưỡng tổng thể 1 năm 1 lần cho máy sắc ký khí khối phổ của hãng Thermo Scientific, bao gồm: Phần máy TRACE GC: - Kiểm tra và làm sạch buồng tiêm mẫu; - Kiểm tra, đánh giá lại cột; - Kiểm tra hờ hệ thống, làm kín lại nếu cần thiết; - Kiểm tra bình khí He, thay thế nếu cần thiết; - Kiểm tra nguồn cấp cho máy; - Làm sạch và kiểm tra chế độ vận hành của Triplus. Phần máy DSQ: - Làm sạch toàn bộ máy; - Kiểm tra, làm sạch ion volume; - Kiểm tra, thay sợi đốt của buồng ion nếu cần thiết; - Kiểm tra, làm sạch buồng phân tích; - Kiểm tra, làm sạch hoặc thay detector nếu cần thiết; - Kiểm tra bơm sơ cấp và thay dầu nếu cần; - Thêm chất hiệu chuẩn nếu cần; - Làm sạch các bộ lọc của quạt;	Lần/ máy	01			Bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp phần mềm
---	---	---	-------------	----	--	--	--

		- Kiểm tra và hiệu chuẩn RF dip và RF gain; - Kiểm tra chế độ vận hành của máy. Nâng cấp phần mềm Xcalibur lên 2.2 chạy Window 7 P1: - Cung cấp bản phần mềm mới Xcalibur Ver. 2.2; - Cài đặt phần mềm mới; - Dùng phần mềm Xcalibur điều khiển thiết bị. Phần mềm Xcalibur: - Làm sạch ổ cứng; - Kiểm tra các chức năng điều khiển của phần mềm; - Báo cáo kết quả.					
		Tổng cộng: 03 danh mục					

Bằng chữ:đồng

Giá trên bao gồm các loại thuế, chi phí thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện và giao hàng tại Trung tâm.

Ghi chú:

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá). Đơn giá hàng hóa, dịch vụ bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

- Nhà thầu có thể tham gia thực hiện dịch vụ một hoặc nhiều thiết bị trong gói thầu.

- Nhà thầu có cam kết nội dung thực hiện đầy đủ, đảm bảo qui trình, tiêu chuẩn chất lượng theo pháp luật Việt Nam quy định.

- Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu.

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

(Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408 hoặc gửi qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn).

- Hạn chót nhận báo giá: 10 giờ 00 ngày 27/01/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- KHNV (để đăng trên website CDC);
- TCKT, XN-CĐHA-TDCN (tham gia mở báo giá);
- Lưu: VT, DVTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Vĩnh

lockx-16/01/2026 12:10:10-lockx-lockx